

KONFORMITÄTSAUSSAGE für Medizinprodukte

STATEMENT OF CONFORMITY for Medical Devices

Erzeugnis <i>Product</i>	Reinigungs- und Desinfektionsgerät Washer-disinfector
geprüft im Auftrag von <i>tested by request of</i>	Miele & Cie. KG Postfach 10 01 07 33501 Bielefeld
hergestellt in (Firma und Ort) <i>manufactured at (Name and place)</i>	Miele & Cie. KG Postfach 10 01 07 33501 Bielefeld
Warenzeichen (falls vorhanden) <i>Trade mark (if any)</i>	--
Typenbezeichnung <i>Model/Type ref.</i>	PG 8527 / PG 8528
Betriebsdaten und wichtige Merkmale <i>Rating and principal characteristics</i>	--
Zusätzliche Information (falls erforderlich) <i>Additional information (if necessary)</i>	Typprüfung gemäß EN ISO 15883-1:2006 Tabelle A1 type test according EN ISO 15883-1:2006 table A1

Die Dokumentation der Typprüfung dieses Erzeugnisses wurde überprüft und als in Übereinstimmung mit der gültigen Norm
The documentation of the type test of the product has been checked and found to be in conformity with the current standard

EN ISO 15883-1:2006 Tabelle/table A1

befunden worden, wie es aus dem Prüfbericht (Aktenzeichen/Nr.) **32804-2900-0009/52902** hervorgeht.
as shown in the test report (reference No.).

Diese Konformitätsaussage ist das Ergebnis einer Überprüfung der eingereichten Typprüfungs-Dokumentation der genannten Erzeugnisse, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der jeweiligen Norm durchgeführt worden ist.

This Statement of Conformity is the result of a check of the type test documentation, for the mentioned products in accordance with the provisions of the relevant specific standard.

D-63069 Offenbach am Main, 2007-11-12
Merianstraße 28

Bearbeiter/Tel.: Mr. Hofmann/hom/-655
Handled by/Tel.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachbereich F1 / Department F1

