

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK  
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

## KONFORMITÄTSAUSSAGE für Medizinprodukte

### STATEMENT OF CONFORMITY for Medical Devices

Erzeugnis <i>Product</i>	Reinigungs- und Desinfektionsgerät Washer-disinfector
geprüft im Auftrag von <i>tested by request of</i>	Miele & Cie. KG Postfach 10 01 07 33501 Bielefeld
hergestellt in (Firma und Ort) <i>manufactured at (Name and place)</i>	Miele & Cie. KG Mielestrasse 2, 33611 Bielefeld
Warenzeichen (falls vorhanden) <i>Trade mark (if any)</i>	--
Typenbezeichnung <i>Model/Type ref.</i>	G7862, G7881, G7882, G7882 CD, G7883, G7883 CD, G7884, G7891, G7892, G7893
Betriebsdaten und wichtige Merkmale <i>Rating and principal characteristics</i>	--
Zusätzliche Information (falls erforderlich) <i>Additional information (if necessary)</i>	Typprüfung gemäß EN ISO 15883-1:2006 Tabelle A.1 Type test according EN ISO 15883-1:2006 table A.1

Die Dokumentation der Typprüfung dieses Erzeugnisses wurde überprüft und als in Übereinstimmung mit der gültigen Norm  
*The documentation of the type test of the product has been checked and found to be in conformity with the current standard*

**EN ISO 15883-1:2006 Tabelle/table A.1**

befunden worden, wie es aus dem Prüfbericht (Aktenzeichen/Nr.) **32804-2900-0012/83692** hervorgeht.  
*as shown in the test report (reference No.).*

Diese Konformitätsaussage ist das Ergebnis einer Überprüfung der eingereichten Typprüfungs-Dokumentation der genannten Erzeugnisse, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der jeweiligen Norm durchgeführt worden ist.

*This Statement of Conformity is the result of a check of the type test documentation, for the mentioned products in accordance with the provisions of the relevant specific standard.*

D-63069 Offenbach am Main, 2008-02-05  
Merianstraße 28

Bearbeiter/Tel.: Mr. Kühler/khl/-628  
*Handled by/Tel.:*

**VDE** Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
**VDE** Testing and Certification Institute  
Fachbereich F1 / Department F1

☎ (0 69) 83 06-0, ☎ INT (+49) (69) 83 06-0, Fax INT (+49) (69) 83 06-555

VDE-Form 112/05.00 EDV

